



NOVINKA



OPSITE Flexifix Gentle

Šetrný k pokožce

 **smith&nephew**

**OPSITE™ FLEXIFIX
GENTLE**

Průsvitný silikonový film
s lepidlem v roli



Filmové krytí OPSITE™ Flexifix Gentle

kombinuje prodyšnost¹, transparentnost a dobu nošení v délce **sedmi dnů**.^{2,3} Tento silikonový film v roli má všestranné použití u pacientů s křehkou nebo choulostivou kůží.^{2,4,5}

Odstraňování filmu probíhá zcela bez problémů, nedochází k narušení vrstev křehké kůže a pacientům zároveň není způsobovaná příliš velká bolest.^{2,5}

Výhody

- **Ideální pro pacienty s křehkou kůží^{2,4,5}**
Šetrné silikonové lepidlo minimalizuje riziko poškození kůže.^{2,5}
- **Přizpůsobivé a elastické krytí¹**
Pro pacienta je pohodlnější.
- **Minimální bolest při odstraňování^{2,5}**
Zlepšení dodržování léčebného postupu a lepší komfort pro pacienty.
- **Snadná aplikace - po odlepení a upravení pozice se nezhoršuje přilnavost²**
- **Transparentní film¹¹**
Snadná pravidelná vizuální kontrola místa aplikace bez nutnosti ho odlepot.
- **Odolné před vniknutím vody při sprchování^{3,6,7,8,9} a vůči bakteriím¹⁰**
Film v roli je nepropustný pro bakterie, čímž místo rány chrání před kontaminací z vnějšku. Pacienti se mohou sprchovat s krytím in-situ.
- **Možnost upravit velikost krytí nůžkami¹¹**
Film lze podle potřeby sestříhnout podle velikosti místa rány.
- **Film s nízkým třením¹**
Dokáže pomoci ochránit kůži před vznikem proleženin.

Indikace

- **Prevence u pacientů s rizikem vzniku dekubitů**
- **Ochrana pokožky v místě ozařování**
- **Fixace sond, katétrů, krytí**
- **Široké využití u nedonošených novorozenců (prevence, fixace)**

Objednací kódy

Kód	Velikost	Počet ks v balení
66801195	2,5 cm x 5 m	1
66801196	5 cm x 5 m	1
66801197	10 cm x 5 m	1

Reference

1. Analytical Report, DS.12.184.R – comparative Product Testing Flexifix Gentle, 19/07/12, Daubney, L. (in-vitro).
2. VT Study Data of File (on ALLEVYN™ Gentle Border) HVT050 04/12/08.
3. Data on File Report Reference OR-DOF/017, An open, prospective, randomised, comparative study to compare the performance of ALLEVYN Gentle Border Multisite with an alternative silicone adhesive dressing, Palmer S and Mistry C; June 2011.
4. „Ageing changes in skin“, update on 22/08/2006 by Sandra W. Cohen M.D. Ref <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/004014.htm>.
5. Hurd. T et al., A multicentre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK, 2009, Vol 5, No 3.
6. Smith & Nephew Wound Management, Data on File Report Reference OR DOF/011, Results from a Multi-centre, Noncomparative Clinical In Market Evaluation of ALLEVYN Gentle Border dressing (CIME/008) and from open, prospective, randomised, within volunteer (VTR/HVT 050) comparison of Dakota and Mepilex™ Border in terms of showerproof and use on awkward areas. Hussein D; August 2010.
7. Rubio, P A (1991) - Use of semi-occlusive, transparent film dressing for surgical wound protection: experience in 3,637 cases. Int. Surg. 76, 253-254. (OPSITE).
8. Internal data on file. Reference HVT031 – A double blind, randomised, prospective, within volunteer comparison of Flexifix with EBO additive and corona treatment, Flexifix with EBO additive without coronatreatment and the standard Flexifix product.
9. DS/12/199/R, Project Lascaux Comparative Waterproof Testing dated July 2012. (in-vitro).
10. DS/09/062/R1, OPSITE Flexifix Bacterial Barrier dated June 2009. (in-vitro).
11. W11429/R9 Usability Study of Flexifix Gentle in comparison to Flexifix Technical Study Report, 21/09/2012, E Cole.



Pro pacienta. Pro rozpočet. Pro současnost.™

Wound Management (Management ran)
Smith & Nephew, Medical Ltd™
101 Hesse Road, Hull HU3 2BN, Spojené království
T +44 (0)1482 225181, F +44 (0)1482 328326
www.smith-nephew.com/wound
™Ochranná známka Smith & Nephew
™Byly respektovány všechny ochranné známky
©Smith & Nephew listopad 2012



PROMEDICA
PRAHA GROUP, a.s.

Distribuce a logistika ve zdravotnictví

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Novodvorská 136, 142 00 Praha 4
tel.: +420 221 595 111
info@promedica-praha

www.promedica-praha.cz